

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ DEM 0126 07223 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне
позначення Електрокардіограф

EKG3 1KO і.н. 10147200

Виробни
к: INNOMED

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації
заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: 1. Механічні пошкодження.

2. Спотворення запису екс-сигнала

Персонал, який виконував
роботи з перевірки

П.І. Романенко

(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
потрічного тавра



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність законодавчо регульованого
засобу вимірювальної техніки

№ DT 0104 07223 від 25 січня 2023 року

Назва та умовне
позначення Термометр безконтактний

інфрачервоний MD1907 S.№ K096

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД» / АГП №1 /

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації
заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:

Похибка вимірювання перевищує допустиму.

Персонал, який виконував
роботи з перевірки

П.І. Романенко
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
потрічного тавра



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

091113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84, тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0120 07222 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр
Біомед S.№ SH85235008010260 / і.н.1128143 /

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації

заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: Не стабільні показники

вимірювань

Персонал, який виконував
роботи з повірки

П.І. Романенко
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
піврічного тавера



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

091113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84, тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність законодавчо регульованого
засобу вимірювальної техніки

№ ДЕМ 0858 371 23 Від 25 січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр
SINOHRO S.№: SHS6000008687 інв. №112110930

Виробник: Китай

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації

заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ
непридатним:

Не вмикається

Персонал, який виконував
роботи з повірки

Максим ВАСИЛЕНКО
(ім'я, прізвище)



Місце відбитка
піврічного тавера

Буча, вул. Скотародська

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0121 07223 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр портативний
Біомед S.№ SH85235008010265 / і.н. 112110004 /

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації

заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: Не стабільні показники

вимірювань

Персонал, який виконував
роботи з повірки

П.І. Романенко

(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірочного тавра



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0122 07223 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр
BP-10M S.№ SH85235008010263 / і.н. 11130956 /

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації

заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: Не стабільні показники


вимірювань

Персонал, який виконував
роботи з повірки

П.І. Романенко

(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірочного тавра



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0125 07223 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр
S.№ SH85235008010253 / і.н. 112110004 /

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації
заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: Не стабільні показники

вимірювань

Персонал, який виконував
роботи з перевірки

П.І. Романенко
(ініціали, прізвище)



Місце відбитка
посвідчення тавра

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА
про непридатність
законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0123 07223 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр портативний
S.№ SHS60000008903; SHS60000008888; SHS60000008933;
SHS60000008966. Заг. кількість-4 шт. / і.н. 112110004 /

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації
заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: Не стабільні показники

вимірювань

Персонал, який виконував
роботи з перевірки

П.І. Романенко
(ініціали, прізвище)



Місце відбитка
посвідчення тавра



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "Київоблстандартметрологія"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА про непридатність регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0138 07223 Від 25 січня 2023 року

Назва та умовне позначення Тонометр автоматичний
S.№ 42111256348 / і.н. 11211173 /

Виробник -

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації

заводу виробника.

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:

Механічні пошкодження, похибка вимір. перевищує допустиму

Персонал, який виконував
роботи з повірки

Петро РОМАНЕНКО
(ім'я, прізвище)



Місце відбитка
повірногого тавера



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "Київоблстандартметрологія"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0124 07223 від "25" січня 2023 року

Назва та умовне позначення Пульсоксиметр
ВМ-1000 S.№ SH85235008010271 / і.н. 11211020 /

Виробник: Китай

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації

заводу виробника

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: Не стабільні показники



вимірювань



Персонал, який виконував
роботи з повірки

П.І. Романенко
(ініціали, прізвище)





Місце відбитка
повірногого тавера

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
	Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ДП "КІЇВБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71 Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року	
ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки	
№ ДМ 0135 07223	Від 25 січня 2023 року
Назва та умовне позначення	Тонометр
S.№№ 197; 144; 333; 124; 165. Заг. кільк.- 5шт. / і.н. 111371833 /	
Виробник	-
Власник:	КНП «Бучанський ЦПМСД»
За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації	
заводу виробника.	
(назва нормативно-правового акта)	
Підстави для визнання ЗВТ непридатним:	
Механічні пошкодження, похибка вимір. перевищує допустиму	
Персонал, який виконував роботи з перевірки	Петро РОМАНЕНКО (ім'я, прізвище)
	
Місце відбитка повірногого таєра	

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
	Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ДП "КІЇВБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71 Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року	
ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки	
№ ДМ 0134 07223	Від 25 січня 2023 року
Назва та умовне позначення	Вимірювач АТ
LD-71	S.№ 2050962 / і.н. 112110379 /
Виробник	-
Власник:	КНП «Бучанський ЦПМСД»
За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації	
заводу виробника.	
(назва нормативно-правового акта)	
Підстави для визнання ЗВТ непридатним:	
Механічні пошкодження, похибка вимір. перевищує допустиму	
Персонал, який виконував роботи з перевірки	Петро РОМАНЕНКО (ім'я, прізвище)
	
Місце відбитка повірногого таєра	

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
	Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ДП "КІЇВБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71 Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року	
ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки	
№ <u>ДМ 0139 07223</u>	Від <u>25 січня 2023 року</u>
Назва та умовне позначення <u>Термометр інфрачервоний</u> <u>MD1907</u> S.№ <u>20190623 / і.н. 112110303 /</u>	
Виробник	-
Власник:	<u>КНП «Бучанський ЦПМСД»</u>
За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації	
заводу виробника.	
(назва нормативно-правового акта)	
Підстави для визнання ЗВТ непридатним: <u>1. Не вмикається.</u>	
<u>2. Похибка вимірювання перевищує допустиму.</u>	
Персонал, який виконував роботи з повірки	 Петро РОМАНЕНКО (ім'я, прізвище)
	
Місце відбитка повірногого тавра	

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
	Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ДП "КІЇВБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84. тел/факс: (0456) 34-73-71 Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року	
ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки	
№ <u>ДМ 0131 07223</u>	Від <u>25 січня 2023 року</u>
Назва та умовне позначення <u>Тонометр</u> <u>KaWe MASTERMED A1</u> S.№ <u>15181385 / і.н. 110110003 /</u>	
Виробник	<u>Kitay</u>
Власник:	<u>КНП БМР «Білоцерківська МП № 1»</u>
За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації	
заводу виробника.	
(назва нормативно-правового акта)	
Підстави для визнання ЗВТ непридатним:	
<u>Механічні пошкодження, похибка вимір. перевищує допустиму</u>	
Персонал, який виконував роботи з повірки	 Петро РОМАНЕНКО (ім'я, прізвище)
	
Місце відбитка повірногого тавра	

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
	Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ДП "КІВБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84, тел/факс: (0456) 34-73-71 Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року	
ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки	
№ ДМ 0141 07223	Від 25 січня 2023 року
Назва та умовне позначення	Термометр інфрачервоний
MD1907	S.№ 20190633 / і.н. 112110305 /
Виробник	-
Власник:	КНП «Бучанський ЦПМСД»
За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації	
заводу виробника.	
(назва нормативно-правового акта)	
Підстави для визнання ЗВТ непридатним: 1. Не вмикається.	
2. Похибка вимірювання перевищує допустиму.	
Персонал, який виконував роботи з повірки	Петро РОМАНЕНКО (ім'я, прізвище)
 (підпис)	
Місце відбитка повірочного тавера	

Міністерство економіки України	
	Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації ДП "КІВБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84, тел/факс: (0456) 34-73-71	
ДОВІДКА про непридатність медичних апаратів	
№ Д ЕМ 0004 243 23	від 25 січня 2023 року
Назва та умовне позначення	Термометр безконтактний
ZDR 100	інв. №: 1128296
Виробник: Китай.	
За результатами перевірки вихідних параметрів встановлено, що медичний апарат не відповідає вимогам експлуатаційної документації	
заводу виробника	
(назва нормативно-правового акта)	
Підстави для визнання ЗВТ непридатним: 1. Не відповідає вимогам ЕД.	
Похибка вимірювання температури перевищує допустиму.	
Персонал, який виконував роботи з повірки	І.В. Кириленко (ініціали, прізвище)
 (підпис)	
Місце для печатки	



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП "КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84, тел/факс: (0456) 34-73-71
Свідоцтво про уповноваження № П-25-2019 від 07 червня 2019 року

ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ ДМ 0140 07223

Від 25 січня 2023 року

Назва та умовне позначення Термометр інфрачервоний
MD1907 S.№ 20190630 / і.н. 112110305 /

Виробник -

Власник: КНП «Бучанський ЦПМСД»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) не відповідає вимогам експлуатаційної документації
заводу виробника.

(назва нормативно-правового акта)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним: 1. Не емікається.

2. Похибка вимірювання перевищує допустиму.

Персонал, який виконував
роботи з повірки

Петро РОМАНЕНКО
(ім'я, прізвище)

(підпис)

Місце відбитка
піврічного тавра

